

2014年11月28日

お得意様各位

株式会社コスミックコーポレーション
営業部
〒112-0002 東京都文京区小石川2-7-3 富坂ビル
電話 03-5802-5971

ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット出荷基準について

謹啓 時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社製品「ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット」におきまして、下記の通り、Calibrator の出荷基準を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

尚、出荷基準は Lot MBP0325 より変更させていただきます。何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

《変更内容》

Calibrator の出荷基準の変更

Calibrator	変更前 (OD 値)	変更後 (OD 値)
0pg/mL	0.450 以下	0.250 以下
2000pg/mL	2.400~3.650	2.250 以上
(2000pg/mL) - (0pg/mL)	2.250 以上	2.000 以上

以上